

CARRO DE PARO

Científicamente avanzados, **humanamente cálidos.**

SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DE REVISIÓN DE CARRO DE PARO CON CODIGO ALMERA EN-IN-013

Científicamente avanzados, **humanamente cálidos.**

Síguenos en redes
@losnogalesclinica



OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO



- Realizar la **revisión del inventario** de carro de parada cardiorrespiratoria, **verificando la dotación completa de insumos y correcto funcionamiento de equipos para la reanimación**; permitiendo brindar una atención segura y eficaz garantizando el uso adecuado de medicamentos, insumos, dispositivos y equipos biomédicos

Síguenos en redes
@losnogalesclinica





La revisión del carro de paro es una actividad que esta a cargo del **profesional de Enfermería con el apoyo de la auxiliar de Enfermería** de todos los servicios asistenciales de Clínica Los Nogales.



ACTIVIDADES A REALIZAR



	VERIFICACIÓN DIARIA CARRO DE PARO																		CÓDIGO: EN-FO-058 VERSION: 06 FECHA DE APROBACIÓN: 14/02/2024 PAGINA: 1 DE 1:		
La aplicación de esta lista de chequeo debe realizarse al inicio de cada turno. Escriba Si o No en la casilla correspondiente																					
SERVICIO:		MES:																			
ACTIVIDAD	Día:			Día:			Día:			Día:			Día:			Día:			Día:		
	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N
Está el desfibrilador? - Si no ¿Dónde está?*																					
Esta limpio sin salpicaduras?																					
Están los electrodos colocados?																					
Esta conectado el desfibrilador?																					
Esta la señal de carga encendida?																					
Tiene papel E.K.G?																					
Hay gel?																					
Presenta algún daño (Encendido-Disparo 5-10 J)																					
Esta la tabla en el lugar correcto?																					
Esta el canester instalado?																					
Esta la bala de oxígeno Si - No ¿dónde está?																					
El manómetro de capacidad indica una medida menor a 50 mmhg? Si - No; si es así realizar cambio de bala																					
Está el candado 1 íntegro?																					
Está el candado 2 íntegro?																					
Esta la carpeta de actas de carro de paro?																					
Tiene formatos de actas limpias?																					
Tiene la tabla guía de preparación de medicamentos?																					
Tiene inventario de los de elementos de carro de paro?																					

01

- Realizar lista de verificación diaria con números de candado y firma de profesional que diligencia el chequeo
- código Almera EN-FO-058



ACTIVIDADES A REALIZAR

	FORMATO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DESFIBRILADOR	CODIGO: EN-FO-016 VERSION: 03 FECHA DE APROBACION: 10 OCT 2022 PAGINA 1:1
Responsable:	Turno:	Fecha: Hora:
Responsable:	Turno:	Fecha: Hora:

02

- Prueba de funcionamiento de desfibrilador se realiza todos los turnos, pero la **impresión de la verificación diaria** la realiza el turno de la mañana
- código Almera EN-FO-016



Los Nogales
Clínica

CODIGO:	EN-FO-098
---------	-----------

VERSION: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 25-02-2025

PAGINA: 1 DE 1

[illegible]

03

- El formato de temperatura y humedad de debe verificar de forma diaria y **registrar por turno**
- código Almera EN-FO-098



ACTIVIDADES A REALIZAR

04



INVENTARIO GENERAL CARRO DE PARO ADULTOS

CODIGO: EN-FO-067
 VERSION: 08
 FECHA DE APROBACION: 15 De Feb 2023
 PAGINA: 1 DE 1:

Servicio:		Módulo:		SEMANA 1					SEMANA 2					AUDITORIA					OBSERVACIONES
				Fecha:					Fecha:					Fecha:					
MEDICAMENTO	CANT	CANT	LOTE	VENCE	REG. SAN.	CANT	LOTE	VENCE	REG. SAN.	CANT	LOTE	VENCE	REG. SAN.						
ADRENALINA (EPINEFRINA) 1/100 1 MG/1ML/2 ML	AMP 10																		

Página 1

- El inventario de carro de paro debe realizarse de manera quincenal según el formato de asignación.
- **Se verifica lote, fecha de vencimiento, registro Invima y estado de los dispositivos.**
- Durante la verificación se debe semaforizar los medicamentos dispositivos e insumos **con punto rojo a los próximos a vencer en 3 meses, punto azul medicamento LASA y punto naranja medicamento de alto riesgo** debe ser verificado cuando llega de farmacia



F.V** menor a 3 meses



- código Almera EN-FO-067



ACTIVIDADES A REALIZAR

[illegible]

- El acta de apertura debe diligenciarse cada que se abra el carro para reanimación, revisión mensual, reposición de insumos y/o auditorias
- Se deben diligenciar **todos** los campos y especificar el cambio del código del precinto
- código Almera EN-FO-023



ACTIVIDADES A REALIZAR

06



- Los candados de seguridad utilizados en una reanimación se deben solicitar por paciente en el sistema
- Los candados utilizados en apertura para revisión mensual, auditoria y reposición de insumos se deben solicitar a la coordinadora del servicio





Gracias

Científicamente avanzados, **humanamente cálidos.**